

UPOZORNĚNÍ:

Možnost nesprávné interpretace hodnot glykémie

POUŽÍVEJTE POUZE glukometry a testovací proužky, které jsou specifické ke glukóze. Tyto metody jsou běžně používány v klinických laboratořích. Kontaktujte výrobce glukometrů a testovacích proužků pro určení použité metody.

NEPOUŽÍVEJTE glukometry nebo testovací proužky využívající enzym glukózodehydrogenázu pyrrolochinolinequinon (GDH-PQQ) nebo glukózo-dye-oxidoreduktázu. A dále by neměly být používány některé, avšak ne všechny, glukometry nebo testovací proužky založené na metodě glukózodehydrogenázy s dinukleotidem flavinadeninu (GDH – FAD). Z důvodu ovlivnění maltózou může použití těchto metod u pacientů, kteří používají **EXTRANEAL** (icodextrin) vést k falešně zvýšeným hodnotám glykémie odečítaných na glukometru. Tím se může zakrýt skutečná hypoglykémie nebo může být chybně diagnostikována hyperglykémie, což může ohrozit život pacienta.

Pro další informace, včetně seznamu kompatibilních glukometrů, navštivte www.glucosesafety.com

Baxter

PRO UPOZORNĚNÍ PROSÍM OTOČTE

Jméno pacienta

Tato osoba používá roztok pro peritoneální dialýzu
EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%).

Kontakt v případě naléhavé potřeby:

Dialyzační středisko _____

Další kontakt _____

BAXTER a **EXTRANEAL** jsou ochranné známky Baxter International Inc.
Schváleno SÚKL březen 2023 CZ-RC21-230003