

UPOZORNĚNÍ

Možnost nesprávné interpretace hodnot glykémie

Jméno pacienta

Pacient používá roztok pro peritoneální dialýzu **EXTRANEAL** (Icodextrin 7,5%)

Používejte **POUZE** glukometry a testovací proužky, které jsou specifické ke glukóze. Tyto metody jsou běžně používány v klinických laboratořích. Kontaktujte výrobce glukometrů a testovacích proužků pro určení použité metody.

NEPOUŽÍVEJTE glukometry či testovací proužky využívající enzym glukózodehydrogenázu pyrrolochinolinequinon (GDH-PQQ) nebo glukózo-dye-oxidoreduktázu. Dále by neměly být používány některé, avšak ne všechny, glukometry nebo testovací proužky založené na metodě glukózodehydrogenázy s dinukleotidem flavinadeninu (GDH – FAD). Z důvodu ovlivnění maltózou může použití těchto metod u pacientů, kteří používají **EXTRANEAL** (icodextrin) vést k falešně zvýšeným hodnotám glykémie odečítaných na glukometru. Tím se může zakrýt skutečná hypoglykémie nebo může být chybně diagnostikována hyperglykémie, s následnými život ohrožujícími příhodami.

Pro další informace, včetně seznamu kompatibilních glukometrů navštivte www.glucosesafety.com

Baxter