

Upozornění pro provozovatele související s neoprávněnou manipulací s tlakovými lahvemi

16. 7. 2025

CONOXIA, 100% GAS CRS 10L/1500L I, kód SÚKL 125142,

CONOXIA, 100% GAS CRS 2L/400L IV, kód SÚKL 125158,

CONOXIA, 100% GAS CRS 10L/2000L IV, kód SÚKL 125160

Upozornění na neoprávněnou manipulaci s tlakovými lahvemi

Vážená paní magistro/vážený pane magistře, vážená paní doktorko/vážený pane doktore, vážení zdravotníci pracovníci,

držitel rozhodnutí o registraci, společnost **Linde Gas a.s., Praha**, ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv by Vás rád informoval o ztracených tlakových lahvích s léčivým přípravkem CONOXIA a možné neoprávněné manipulaci s nimi.

Byl zjištěn případ neoprávněné manipulace s tlakovou lahví s léčivým přípravkem CONOXIA, týkající se změny jejího značení, plnění neoprávněným subjektem a provedení neplatné tlakové zkoušky.

V souvislosti se zjištěním o neoprávněném nakládání s lahvemi pronajímanými Nemocnicí Litoměřice, o.z., držitel upozorňuje, že tlakové lahve jsou v majetku společnosti Linde Gas a.s., Praha. Dále, že lahve není možné přepíňovat ani přeznačovat a že je nutné je vrátit společnosti Linde Gas a.s., Praha, nebo případně tomu, kdo si je od společnosti Linde Gas a.s., Praha přímo pronajímá.

Níže uvádíme seznam dalších ztracených lahví z Nemocnice Litoměřice, o.z.

Produkt	SÚKL kód	Barcode
CONOXIA 10L	125142	203311-00959938
CONOXIA 10L	125142	203311-00908247
CONOXIA 10L	125142	203311-01144854
CONOXIA LIV 2L	125158	203311-01280784
CONOXIA LIV 2L	125158	203311-01566179
CONOXIA LIV 2L	125158	203311-01634682
CONOXIA LIV 10L	125160	203311-00708508
CONOXIA LIV 10L	125160	203311-00926724
CONOXIA LIV 10L	125160	203311-00926867
CONOXIA LIV 10L	125160	203311-00926660
CONOXIA LIV 10L	125160	203311-00871406

Shrnutí problematiky

- Neoprávněná manipulace s tlakovými lahvemi (plnění, značení, revize)
- Upozornění se obecně týká jakékoliv neoprávněné manipulace s tlakovými lahvemi.

Další informace k případu a následná doporučení

- Po datu použitelnosti vraťte tlakovou lahev dodavateli
- Prázdné tlakové lahve vraťte dodavateli
- V rámci indikací používejte pouze schválená léčiva

Kontaktní údaje držitele rozhodnutí o registraci

Pokud máte další dotazy nebo požadujete další informace, kontaktujte prosím Zákaznickou linku: 800 121 121, info.cz@linde.com, případně Webové stránky společnosti [Linde Gas](https://www.linde.com).

Ing. Tomáš Sopr
Manager QRA & IMS Cluster CZE/SVK
Linde Gas a.s.