

PRO ZVEŘEJNĚNÍ

Sdělení SÚKL ze dne 15. 8. 2025

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), informuje o závadě v jakosti léčivých přípravků:

Kód SÚKL	Název LP	Doplňek názvu	Sériové číslo lahve
117021	NIONTIX	100% GAS LIQ 1X40L/16234L I	seznam čárových kódů všech tlakových lahví, které jsou předmětem stahování, viz soubor pdf
117025	NIONTIX	100% GAS LIQ 1X10L/4058L I	

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Linde Gas a.s., Praha, proto na základě § 33 odst. 3 písm. c) zákona o léčivech přijal následující opatření:

stažení tlakových lahví dle seznamu čárových kódů (viz soubor pdf) až z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu závady v jakosti – riziko úniku plynu přes tlakový ventil.

RNDr. Helena Puffrová
Ředitelka Odboru laboratorní kontroly
Zástupce ředitelky Sekce dozoru