Seznam glukometrů používaných v ČR

Aktualizováno **13.08.2026**

Schváleno SÚKL **14.08.2026**

Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
FreeStyle Freedom	Ano	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.cz Bezplatná infolinka 800 189 564 (Po-Pá 9.00-17.00) Email: FreeStyle.CZ@abbott.com
FreeStyle Freedom Lite	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Libre[1]	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre Pro[1]	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre 2[1]	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre 3[1]	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Optium Neo	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Ano	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Ano	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Ano	GDH-NAD	
Assure Platinum	Ano	GO	Arkray, Inc. Výhradní dovozce pro ČR: Medista spol. s r.o. Tel.: +420 273 130 623 Zákaznická linka +420 603 432 421 jitka.malinova@medista.cz Email: glucocard@medista.cz www.glucocard.cz
GLUCOCARD 01	Ano	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Ano	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Ano	GO	
GLUCOCARD MX	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Ano	GO	
GLUCOCARD X-meter	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Ano	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Ano	GO	
ReliOn Confirm	Ano	GO	
ReliOn micro	Ano	GO	
ReliOn Prime	Ano	GO	
GLUCOCARD S onyx	Ano	GDH-FAD	
PocketChem BG	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Ano	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Ano	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Ano	GO	
GlucoCard G+ Link	Ano	GO	
GlucoCard Σ+	Ano	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Ano	GO	
Assure Titanum	Ano	GO	

Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
Contour	Ano	GDH-FAD	**Ascensia Diabetes Care** (původně Bayer Healthcare) **PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.** **Zelená linka: 800 111 077 (Po-Pá 9.00-15.00)** **Email: info@promedica-praha.cz** **https://www.promedica-praha.cz/divize/diabetologie/**
Contour Next	Ano	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Ano	GDH-FAD	
Contour Next One	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus One	Ano	GDH-FAD	
Contour TS	Ano	GDH-FAD	
Contour XT	Ano	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	Ano	GDH-FAD	
Contour Care	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	Ano	GDH-FAD	
Contour Next GEN	Ano	GDH-FAD	
OneTouch SelectPlus	Ano	GO	**Lifescan, Inc.** **Bezplatná linka: 800 223 223 (Po-Pá 8.30-16.00)** **Email: info@lifescan.cz** **https://www.jnj.cz/o-spolecnosti/struktura-spolecnosti/medical-devices-diagnostics/divize/lifescan**
OneTouch SelectPlus Flex	Ano	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	Ano	GO	
OneTouch Select Simple	Ano	GO	
OneTouch Ultra 2	Ano	GO	
OneTouch UltraEasy	Ano	GO	
OneTouch UltraMini	Ano	GO	
OneTouch UltraPlus Flex	Ano	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	Ano	GDH-FAD	
OneTouch UltraVue	Ano	GO	
OneTouch Verio	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Ano	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	Ano	GDH-FAD	

Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
Nova Max Plus	Pro další podrobnosti se prosím obraťte na výrobce glukózy. [3]	GO	Nova Biomedical Tecom Analytical Systems CS Tel.: +420 235 518 110 Email: office@tecom-as.com https://www.tecom-as.com/cz/
Nova Max Link		GO	
StatStrip Hospital Glucose Meter		GO	
StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System		GO	
StatStrip Xpress Glucose Meter		GO	
StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System		GO	
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System		GO	
Nova Pro Glucose/Ketone Meter		GDH-FAD	
StatStrip Glucose Hospital Meter System V2.0		GO	
StatStrip Glucose/Ketone Hospital Meter System V2.0		GO	
Accu-Chek Active	Ano	Mut Q-GDH	Roche Diagnostics Bezplatná infolina Accu-Chek: 800 111 800 Email: czech.dia@roche.com www.accu-chek.cz
Accu-Chek Aviva	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Combo	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Connect	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Expert	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Insight	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Plus[2]	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Solo	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Guide	Ano	GDH-FAD	
Accu-Chek Guide Me	Ano	GDH-FAD	
Accu-Chek Inform II	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Instant	Ano	GDH-FAD	
Accu-Chek Instant S	Ano	GDH-FAD	
Accu-Chek Nano[2]	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Nano SmartView[2]	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Mobile	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Combo	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Connect	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Insight	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Solo	Ano	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Guide Solo	Ano	GDH-FAD	
Cobas Pulse	Ano	GDH-FAD	
TRUE METRIX	Ano	GDH-FAD	Trividia Health www.trividiahealth.com Tel.: 1-800-342-7226
TRUE METRIX GO	Ano	GDH-FAD	
TRUE METRIX Air	Ano	GDH-FAD	

Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	Ano	GDH-FAD	Bionime Corporation www.bionime.com Tel.:+886 4 2369 2388
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Ano	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Ano	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	

iGlucose Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GO**	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GO**	
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GO**	
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GO**	
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GDH-FAD**	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GDH-FAD**	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GDH-FAD**	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GO**	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GO**	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GDH-FAD**	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GDH-FAD**	
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	**Ano**	**GDH-FAD**	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Tel	**Ano**	**GDH-FAD**	
Rightest Blood Glucose and Ketone Monitoring System Max Dual	**Ano**	**GDH-FAD**	

[1] Tyto Abbott glukometry (spolu s Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 a Medtronic iPro2), systémy kontinuálního monitorování glykémie (CGM) **nejsou doporučeny** výrobcem pro použití u dialyzovaných pacientů. Přesto, že mají složení založené na GO, v současné době neexistují dostatečné vědecké důkazy o jejich kompatibilitě s Extranealem. Pro získání dalších informcí kontaktujte výrobce.

[2]ACCU-CHEK Nano (nikoli Aviva nebo Performa) a ACCU-CHEK Aviva Plus glukózové systémy jsou dostupné POUZE v USA a využívají testovací proužky označené ACCU-CHEK SmartView a ACCU-CHEK Aviva Plus. Tyto systémy využívají Mut Q-GDH (**kompatibilní**) proužky. Pro získání dalších informací kontaktujte výrobce.

[3] Společnost Vantive v současné době není schopna ověřit kompatibilitu s glukometry značky Nova Biomedical. **Pro další informace se prosím obraťte na výrobce glukometrů.**

Typ testu* (Test Type*)
GO = glukózová oxidáza (glucose oxidase)
GDH-NAD = glukózová dehydrogenáza s nikotinamid- adenin-dinukleotidem (glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide)
GDH-FAD = glukózová dehydrogenáza s flavin-adenin- dinukleotidem (glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide)
Mut Q-GDH = glukózovádehydrogenáza s modifikovaným pyrolchinolinchinonem na eliminaci interference s maltózou (glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference)

Přečtěte si úplné informace o předepisování přípravku EXTRANEAL (icodextrin) roztok pro PD. Vantive a EXTRANEAL jsou ochranné známky společnosti Vantive Health LCC.
Další ochranné známky nebo produkty, které se zde vyskytují, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.